



TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

Constitui objeto do presente termo a aquisição dos eletrodos e baterias para o funcionamento dos desfibriladores externo automático usados nos atendimentos do SAMU.

2. JUSTIFICATIVA

Esse acessório é essencial nos atendimentos de emergência com parada cardiorrespiratória, pois possibilita a análise de ritmo e de choque para vítimas de parada cardíaca e análise da qualidade da compressão torácica em tempo real, sendo assim, é fundamental na corrente de sobrevivência.

3. DA ESPECIFICAÇÃO

Acessórios do Desfibrilador EASYSHOCK da maca TOTH Life care:

12 unidades: Eletrodo para paciente adulto com as seguintes características:

Eletrodo para estimulação/desfibrilação, confeccionado em polímero sólido, gel adesivo e elemento condutivo em estanho. Embalado em lâmina multicamada, com pré-conexão do eletrodo sem violação da embalagem. Deve possuir desenho do correto posicionamento no paciente, na embalagem e no eletrodo. Validade acima de 12 meses para uso adulto; compatível com o desfibrilador externo automático marca EASYSHOCK da maca TOTH Life care. Comprimento do cabo de conexão mínimo de 120 cm. Eletrodo do ápice e esterno com área total mínima de 165cm². Embalagem adequada, contendo dados de identificação, procedência, prazo de validade, lote conforme a legislação sanitária vigente pertinente ao produto.

O proponente deverá apresentar a publicação no Diário Oficial da União do registro do produto, conforme previsto na legislação sanitária vigente. Quando o licitante não for fabricante/distribuidor, deverá apresentar obrigatoriamente CARTA DE SOLIDARIEDADE do bem cotado, autorizando o licitante a apresentar proposta, uso do registro do produto na ANVISA, comprometendo-se com o prazo de entrega e prazo de garantia. As Cartas de Solidariedade emitidas em língua estrangeira deverão ser traduzidas para o português por tradutor público juramentado.

06 Unidades: Eletrodo para paciente pediátrico com as seguintes características:

Eletrodo para estimulação/desfibrilação, confeccionado em polímero hidrogel e elemento condutivo em estanho. Embalado em papel laminado, com pré-conexão do eletrodo sem violação da embalagem. Com desenho do correto posicionamento no paciente, na embalagem e no eletrodo. Validade acima de 12 meses para uso pediátrico, compatível com o desfibrilador externo automático marca EASYSHOCK

Eletrodo do ápice com área total máxima de 70 cm². Eletrodo do esterno com área total máxima de 124cm². Embalagem adequada, contendo dados de identificação, procedência, prazo de validade, lote conforme a legislação sanitária vigente pertinente ao produto.

O proponente deverá apresentar a publicação no Diário Oficial da União do registro do produto, conforme previsto na legislação sanitária vigente. Quando o licitante não for fabricante/distribuidor, deverá apresentar obrigatoriamente CARTA DE SOLIDARIEDADE do bem cotado, autorizando o licitante a apresentar proposta, uso do registro do produto na ANVISA, comprometendo-se com o prazo de entrega e prazo de garantia. As Cartas de Solidariedade emitidas em língua estrangeira deverão ser traduzidas para o português por tradutor público juramentado.

02 Unidades: Sensor de feedback de RCP e um metrônomo com as seguintes características:

O Sensor de feedback de RCP com metrônomo compatível com o desfibrilador externo automático marca EASYSHOCK da marca TOTH Life care.

05 Unidades: Baterias

Bateria recarregável compatível com o desfibrilador externo automático marca EASYSHOCK da marca TOTH Life care.

4. FORMA DE EXECUÇÃO

Não se aplica.

5. LOCAL DE ENTREGA / RECEBIMENTO

A entrega deverá ser realizada no Dispensário Municipal de Araras: Rua Francisco Graziano, 58 – CEP 13.603-011 – Rua Francisco Graziano, 58 - CEP 13.603-011 – Jd. Cândida – Araras SP
Fone: (19) 3551 5840

6. PRAZO DE ENTREGA

A entrega dos materiais deverá ocorrer no prazo de 20 dias após a emissão da AF (Autorização de Fornecimento).

7. PRAZO DE VALIDADE

Data de validade deverá ser superior a 12 meses a partir da data de entrega. Garantia de no mínimo de 1 ano por defeito de fabricação. A empresa terá o prazo de trinta dias para efetuar a troca a partir da data de entrega do produto.

8. OBRIGAÇÕES

A empresa contratada será responsável pela substituição ou reposição dos produtos caso apresentem com qualquer defeito, avaria ou incompatibilidade com as especificações deste Termo de Referência.

9. PAGAMENTO

As notas fiscais serão pagas até 30 dias após a data de emissão.

10. CONDIÇÕES GERAIS

Não serão aceitos produtos com data de fabricação defasada que comprometa a utilização total do lote.

Araras, 02 de fevereiro 2021.


Marli Clelia Souza
Enfermeira Coordenadora do SAMU


Agnaldo Piscopp
Secretário Municipal da Saúde